

PROTEST KALİBRASYON	TS EN ISO/IEC 17025 KALİTE SİSTEM DOKÜMANTASYONU		
	UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FORMU		
FİRMA ADI:			
Sıra No:	Cihaz Adı:	Ölçüm Aralığı	Standard Adı veya Cihaz Limiti
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Uygunluk Beyanı Değerlendirmesi için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- 1 ☐ Uygunluk beyanı değerlendirilmesi yapılırken sadece cihazın sapması göz önünde bulundurulsun.
- 2 ☐ Uygunluk beyanı değerlendirilmesi yapılırken cihazın sapması ve belirsizlik hesabı göz önünde bulundurulsun.

Laboratuvar olarak uygulanan karar kuralı $MUTLAK(SAPMA) + MUTLAK(BELİRSİZLİK) \leq MUTLAK(TOLERANS)$ olarak belirlenmiştir. Bu noktada risk seviyesi (yanlış ret-yanlış karar %50' ye kadar çıkabilir.)

Eğer cevabınız 2 ise aşağıdaki durumlardan birini seçiniz.

- () Uygunluk değerlendirmesinin ilgili kalibrasyon standardına göre yapılmasını istiyoruz. (Standart Mevcut ise)
- () Uygunluk değerlendirmesinin üretici standartlarına göre yapılmasını istiyoruz. (Üretici Toleransı belirtiniz)
- () Uygunluk değerlendirmesinin ilgili kendi şartnamemize göre yapılmasını istiyoruz. (Şartname belirtiniz)
- () Uygunluk değerlendirmesi istemiyoruz.